ผลการซ่อมบำรุงหรือการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ต้องประกอบไปด้วยคำอธิบายปัญหาและอาการที่เกิดขึ้นของเครื่องมือ หมายเลขอะไหล่ที่ทำการเปลี่ยน ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและแผนกหรือหน่วยงานที่แจ้งการซ่อมบำรุงเป็นอย่างน้อย

ทะเบียนประวัติครุภัณฑ์

โรงพยาบาลสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทร.054-767045

ประจำหน่วยงาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มการพยาบาล

ชื่อสากล DEFIBRILATOR/MONITOR

ประเภทเครื่องมือ O Medical O Eqiupment

ID Code CM-ER-DEF-02

ความถี่ O Calibration O Maimtanance

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

หมายเลขครุภัณฑ์

ยี่ห้อ Mindray **รุ่น/Model** Beneheart D6

หมายเลขเครื่อง/SN DG5C014252

ที่มาของครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม เมื่อ วัน/เดือน/ปี. 2558

บริษัทผู้ผลิต

ราคา 644000 **บาท**

บริษัทจำหน่าย บ.เซนต์ เมดิคอล(คริติคอล แคร์) จำ

ระยะเวลาการรับประกัน.....**ถึง**.....**บริษัทเซอร์วิส** บ.เซนต์ เมดิคอล(คริติคอล แคร์) จำกัด

รายละเอียดทั่วไปของครุภัณฑ์

วัน/เดือน/ปี	การให้บริการ	อะไหล่/วัสดุ	จำนวน	ราคา	การดำเนินการ
~~23/5/2560~~					
21 ม.ค 64	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	แบตเตอรี่เสื่อม 1 ก้อน รอเสนอ	1 ก้อน		รอดำเนินการ
		เข้าแผน งบ ปี 65			
15 มิ.ย 65	ตรวจเช็คและบำรุง	ใช้งานได้ปกติ	-		-
	รักษาเครื่อง				
13 กพ.66	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	เปลี่ยนแบตเตอรี่เสื่อม 2 ก้อน			
		* เปลี่ยนใหม่ 13/2/66			
		ธนพงศ์ ศิริ			

ทีมเครื่องมือแพทย์ 2561